

单一来源专家论证意见

使用单位	眉山市人民医院		
项目名称	东软 16 排 CT 维保服务		
预算金额	150000		
项目背景	我院使用的东软医疗 32 排 16 层 CT(X 线电子计算机断层扫描装置, 型号: Neuviz 16 Essence), 该设备购置于 2018 年, 原值 3,390,000.00 元, 为了科室的正常使用, 保证设备开机率, 现需购买维保服务 3 年。 该采购项目可以保障该台 CT 发挥出最大使用年限和最好的检查稳定性, 同时不会因故障停机导致该机无法使用而影响医院科室的正常运行。该项目属于售后服务, 由于设备高端, 具有技术的唯一性。现在拟用单一来源方式采购。		
专家论证意见	设备高级应用软件也同为原厂知识产权, 其软件维护、版本升级只有原厂能够提供。 建议使用单一来源采购。		
	论证专家姓名	王融	职称
	论证专家单位部门	放射科	



专家论证意见 二	CT设备的主要部件如探测器、球管、高压等均为生产厂原创，只有原厂能够提供，建议单一来源采购。			
	论证专家姓名	许锐	职称	主管技师
	论证专家单位部门	放射科		
专家论证意见 三	维修保养涉及硬件、软件、特殊化学物品、专用工具等知识及技能，对专业性有很高的要求。该产品为国内首创且上市时间较短，目前无法确认除原厂外有同类企业具备该产品的维修资质与能力，建议采用单一来源采购。			
	论证专家姓名	杨华	职称	工程师
	论证专家单位部门	医学工程科		

年 月 日