



单一来源专家论证意见

使用单位	眉山市人民医院			
项目名称	动态 DR 维保服务			
预算金额	120000 (维保期 3 年)			
项目背景	眉山市人民医院医用诊断 X 射线透视摄影系统, 该设备购置于 2021 年, 原值 2,095,000.00 元, 现维保到期, 为了科室的正常使用保证设备开机率, 故需购买维保服务 3 年。 该采购项目可以保障该发挥出最大使用年限和最好的检查稳定性, 同时不会因故障停机导致该机无法使用而影响医院科室的正常运行。该项目属于售后服务, 由于设备高端, 具有技术的唯一性。现在拟用单一来源方式采购。			
专家论证意见一	该设备主要零部件是从日本进口, 其维修体系及零配件的供应具有较高的专业性和唯一性, 建议采用单一来源采购。			
	论证专家姓名	汪小舟	职称	主任医师
	论证专家单位部门	放射科		



专家论证意见二

该设备的生产商,所提供的服务的技术专业性,在解决故障的效率等方面具有不可比拟的优势。对维修人员的维修技能也要求非常严格,且厂家对设备设有维修密码,其它人员(无厂方授权)均无法进入维修菜单进行维修诊断和操作。建议使用单一来源采购。

论证专家姓名

王能武

职称

副主任技师

论证专家单位部门

放射科

专家论证意见三

X射线剂量涉及病人以及医生的辐射安全,需要原厂设备进行定期校准,同时国内的其他维修公司无法满足该设备的维修需求和提供原厂的维修配件及相关软件升级等技术支持。该采购项目采用单一来源采购方式符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定,建议采用单一来源采购。

论证专家姓名

杨兴

职称

主任医师

论证专家单位部门

医学检验科

年 月 日