

单一来源采购专业人员论证意见

| | | | | | |
|----------|--|------|---------|----|-----|
| 主管预算单位 | 眉山市卫健委 | | | | |
| 采购单位 | 眉山市人民医院 | | | | |
| 项目名称 | 老年病科无线监护系统院内采购项目 | | | | |
| 项目背景 | <p>我院老年病科拟采购无线中心监护系统，有利于实时查看病人心电、血氧等生理状态，保证病人住院安全。需将老年病科现有的 25 台迈瑞 iMEC10 病人监护仪数据传输至中心监护系统兼容，因各床旁病人监护仪厂家均未开放网络接口信息，故只能采取单一来源方式从取得“深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司” BeneVision 中心监护系统产品授权的唯一代理商“四川朗昱医疗器械有限公司”处采购 BeneVision 中心监护系统一套（配迈瑞 iMEC10 病人监护仪无线传输模块 25 套），预算价格 280000 元。</p> | | | | |
| 专业人员论证意见 | 为保证中心监护系统和床旁病人监护仪的兼容性，应采购同一品牌产品 | | | | |
| 姓名 | 袁志亨 | 工作单位 | 眉山市人民医院 | 职称 | 工程师 |
| 专业人员论证意见 | 无线传输模块必须采购迈瑞品牌，才能在迈瑞 iMEC10 病人监护仪进行安装，以实现数据传输 | | | | |
| 姓名 | 李 | 工作单位 | 眉山市人民医院 | 职称 | 工程师 |
| 专业人员论证意见 | 为保证住院病人安全，必须采购同一品牌，才能保证系统兼容，数据传输稳定，并能实现双向控制，减轻医护人员工作量 | | | | |
| 姓名 | 潘 | 工作单位 | 眉山市人民医院 | 职称 | 工程师 |